

Esta guía está diseñada para el uso en varios pacientes de la máscara nasal de Fisher & Paykel Evora™ en el hospital o en otros entornos clínicos, en los que se debe realizar una adecuada desinfección/esterilización del dispositivo entre cada paciente. Si utiliza la máscara como paciente usuario único en el hogar, consulte las instrucciones para el usuario de la máscara en “Limpieza de la máscara en el hogar”.

Componentes de la máscara	Desinfección térmica <i>De conformidad con la norma EN ISO 15883, el rango de incertidumbre para la temperatura de desinfección es de -0 °C y +5 °C</i>			Desinfección química	Esterilización	Cantidad validada de ciclos
	1 minuto a 90 °C (194 °F)	10 minutos a 80 °C (176 °F)	30 minutos a 75 °C (167 °F)	CIDEX® OPA ¹ , MetriCide™ OPA Plus ² o Rapicide® OPA/28 ³ .	Sterrad® ⁴ .	
Máscara nasal F&P Evora	✓	✓	✓	✓ (Reemplace el sello si se decolora)	-	25
Arnés para máscara nasal F&P Evora*	✓	✓	✓	-	-	25

* Si está contaminado con sangre, reemplace el componente contaminado entre pacientes.

Procedimientos de desinfección y esterilización validados

Punto de uso	Elimine cualquier suciedad evidente en la máscara limpiándola o enjuagándola con agua potable.
Desmontaje	Desmonte la máscara de acuerdo con las instrucciones de Desmontaje de la máscara y Montaje/desmontaje avanzado que se muestran en la Guía de uso y cuidados de Evora.
Limpieza	<p>Las máscaras siempre deben limpiarse adecuadamente antes de continuar con el reprocesamiento; de lo contrario, se puede producir una desinfección/esterilización ineficaz.</p> <p>Desmonte la máscara según las instrucciones de Desmontaje de la máscara y las instrucciones avanzadas que se encuentran a continuación. Remoje todas las partes reprocesables de la máscara y el montaje de arnés para la cabeza en una solución de detergente aniónico ligeramente alcalino (p. ej., Alconox™⁵) de acuerdo con las instrucciones del fabricante (con una concentración del 1% y a 50 °C durante 10 minutos), y asegúrese de que no haya burbujas de aire en la superficie del dispositivo. Con un cepillo suave, no metálico (por ejemplo, un cepillo de dientes de dureza media)*, cepille vigorosamente las partes de la máscara durante no menos de 10 segundos y el arnés para la cabeza durante no menos de 30 segundos. Cepille hasta que se encuentre visiblemente limpio prestando mucha atención a los surcos, las canulaciones y las esquinas, como la unión entre el sello de silicona y la carcasa de plástico. Enjuague el arnés para la cabeza con agua corriente durante al menos 30 segundos, mientras escurre la tela de forma intermitente. Sumerja el arnés para la cabeza y las partes de la máscara por separado, cada uno en 5 litros de agua desmineralizada, agitando las partes de la máscara durante al menos 10 segundos, y agitando y estrujando el arnés para la cabeza durante al menos 30 segundos. Vuelva a enjuagar sumergiéndolos. Repita esto cuantas veces sea necesario para asegurarse de eliminar todos los residuos de detergente. Asegúrese de que los componentes de la máscara se sequen completamente al aire antes de continuar.</p> <p>*Se necesita un cepillo para limpiar botellas delgado adicional para acceder al interior del tubo de la máscara nasal Evora.</p>
Secado	Asegúrese de que los componentes de la máscara estén completamente secos antes de continuar dejando que se sequen al aire fuera del alcance de la luz solar directa. De lo contrario, se puede producir una desinfección/esterilización química ineficaz.

	Desinfección térmica	Desinfección química	Esterilización
Desinfección o esterilización	Para todos los componentes reprocesables:		
	Realice un ciclo de desinfección en una lavadora-desinfectadora automática con una de las combinaciones de tiempo/temperatura que se muestran en la portada de esta guía. Estas combinaciones de tiempo/temperatura concuerdan con la norma EN ISO 15883 y son equivalentes en términos de cinética de inactivación térmica conocida de microorganismos vegetativos, con una A ₀ de 600.	1. Sumérjalo por completo en un baño sin diluir de CIDEX® OPA, MetriCide™ OPA Plus o Rapicide® OPA/28 a 20 °C (68 °F) durante 12 minutos y asegúrese de que no haya burbujas de aire en la superficie del dispositivo. 2. Enjuague bien de acuerdo con las instrucciones de enjuague del fabricante.	-
Secado	Deje que todos los componentes se sequen al aire fuera del alcance de la luz solar directa.		
Inspección	Antes de cada uso, inspeccione la máscara para ver si está deteriorada. Si se observa algún deterioro visible de un componente de la máscara, el componente de la máscara se debe desechar y reemplazar. Puede producirse cierta decoloración después del reprocesamiento, lo cual es aceptable.		
Remontaje	Vuelva a montar la máscara de acuerdo con las instrucciones de Montaje de la máscara y Montaje/desmontaje avanzado que se muestran en la Guía de uso y cuidados de Evora.		
Almacenamiento	Asegúrese de que la máscara esté completamente seca antes de almacenarla. Se la debe almacenar en condiciones limpias fuera del alcance de la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F).		
Advertencias y precauciones generales	<p>Las instrucciones proporcionadas anteriormente se han validado como aptas para preparar las máscaras para su reutilización. Fisher & Paykel Healthcare recomienda que no se produzcan desviaciones del método de reprocesamiento recomendado. Las siguientes acciones pueden deteriorar o dañar la máscara y acortar su vida útil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No planche el arnés para la cabeza. • No limpie la máscara con productos que contengan alcohol, agentes antibacterianos, antisépticos, blanqueadores, cloro o humectantes. • No lave la máscara en un lavaplatos. • No guarde o seque la máscara bajo la luz directa del sol. <p>Nota. Si su máscara de Fisher & Paykel Healthcare se resquebraja o se agrieta, deje de usarla y busque un reemplazo de inmediato.</p>		

1. Cidex es una marca registrada de Advanced Sterilization Products, una división de Ethicon Inc., una compañía de Johnson & Johnson. Producto de Metrex™ Research, LLC.
2. MetriCide es una marca registrada de Metrex Research
3. Rapicide es una marca registrada de Medivators Inc.
4. Sterrad es una marca registrada de Advanced Sterilization Products, división de Ethicon Inc., una compañía de Johnson & Johnson.
5. Alconox es una marca registrada de Alconox, Inc.

REF 619848 REV B 2020-09 © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited

F&P y Evora son marcas registradas de Fisher & Paykel Healthcare Ltd.

CE 0123

Manufacturer ■ Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com Importer/ Distributor **Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/售后服务机构: 费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **Finland** Tel: +358 9 251 66 123 Fax: +46 83 66 310 **France** [EC REP] Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901 **Mexico** Tel: + 52 55 9130 1626 **Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10 **Poland** Tel: 00800 49 119 77 Fax: 00800 49 119 78 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001