




REF

RD050-01

Neopuff™ Central Mounting Bracket

USER INSTRUCTIONS



Manufacturer  Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 1013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com Importer/ Distributor **Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo – SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/售后服务机构-费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **Finland** Tel: +358 9 251 66 123 Fax: +46 83 66 310 **France**  Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901 **Mexico** Tel: +52 55 9130 1626 **Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10 **Poland** Tel: 00800 49 119 77 Fax: 00800 49 119 78 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Caddesi No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

INTENDED USE
The F&P Perivent Centrale Mounting Bracket (RD050-01) is an accessory of the F&P Neopuff T-Piece Resuscitator. The RD050-01 enables the Neopuff T-Piece Resuscitator to be connected to suitable F&P mounting systems.

Please refer to the Neopuff T-Piece Resuscitator user instructions and abide by all associated warnings and precautions during use.

INSTRUCTIONS FOR USE
Installation must be performed by a qualified technician.

For step **3**, ensure all screws are fitted and tightened securely by hand using a 4 mm hexagon key as shown in this user instruction.

	Storage temperature range		Catalogue number
	CE Mark		Medical device
	Consult instructions for use		Batch code
	Date of manufacture		Manufacturer
	Authorized representative in the European Community		Caution/Warning

 **GENERAL WARNINGS**
The use of this product is not without risk, even when used as intended. Despite following all instructions in this user instruction the following risks remain:

- The Neopuff Resuscitator may fall onto the patient or caregiver, resulting in an impact trauma causing injury, or death.
- The Neopuff Resuscitator may fall and receive impact damage. Please refer to the Neopuff Resuscitator user instructions for associated warnings and precautions.

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to your Fisher & Paykel Healthcare representative, and the local competent authority.

This product contains chemicals known in the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. For more information, please visit www.fphcare.com/prop65

DISPOSAL
Dispose according to hospital protocols.

DOMAINE D'APPLICATION
Le support de montage central F&P Neopuff (RD050-01) est un accessoire de l'appareil de réanimation à pièce en T F&P Neopuff. Le RD050-01 permet de monter l'appareil de réanimation à pièce en T Neopuff sur des systèmes de montage F&P appropriés.

Veillez vous référer aux instructions d'utilisation de l'appareil de réanimation à pièce en T Neopuff et respecter tous les avertissements et précautions associés pendant l'utilisation.

MODE D'EMPLOI
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.

Pour l'étape **3**, assurez-vous que toutes les vis sont correctement installées et serrées à la main à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm, comme indiqué dans ce mode d'emploi.

	Plage de températures de stockage		Référence catalogue
	Marquage CE		Dispositif médical
	Consulter le mode d'emploi		Numéro de lot
	Date de fabrication		Fabricant
	Représentant agréé dans la Communauté européenne		Mise en garde/ Avertissement

 **AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX**
L'utilisation de ce produit, même appropriée, n'est pas sans risque. Malgré le respect de toutes les instructions de cette notice d'utilisation, les risques suivants demeurent :

- L'appareil de réanimation Neopuff peut tomber sur le patient ou le soignant, ce qui peut causer un traumatisme par impact entraînant des blessures, voire la mort.
- L'appareil de réanimation Neopuff peut tomber et subir des dégâts liés à l'impact. Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation de l'appareil de réanimation Neopuff pour les avertissements et précautions associés.

Signaler tout incident grave survenu en relation avec cet appareil à votre représentant Fisher & Paykel Healthcare et à l'autorité locale compétente.

ÉLIMINATION
Éliminer ce produit conformément aux protocoles de l'hôpital.

VERWENDUNGSZWECK
Die F&P Perivent Zentrale Halterung (RD050-01) wird als Zubehör zum F&P Perivent T-Stück-Erstversorgungssystem für Säuglinge verwendet. Mithilfe der RD050-01 kann das Perivent T-Stück-Erstversorgungssystem für Säuglinge an geeignete F&P Haltesysteme angebracht werden.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Perivent T-Stück-Erstversorgungssystem für Säuglinge und halten Sie sich bei der Verwendung an alle zugehörigen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

GEBRAUCHSANLEITUNG
Die Installation muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Bei Schritt **3** stellen Sie sicher, dass alle Schrauben montiert sind und mit einem 4-mm-Sechskantschlüssel von Hand fest angezogen werden, wie in dieser Gebrauchsanweisung gezeigt.

	Lagerungs-temperatur (Bereich)		Artikelnummer
	CE-Kennzeichnung		Medizin-produkt
	Gebrauchs-anweisung beachten		Chargencode
	Herstellungs-datum		Hersteller
	Bevoll-mächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft		Vorsicht/ Warnung

 **ALLGEMEINE WARNHINWEISE**
Die Verwendung dieses Produkts ist auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht ohne Risiko. Trotz Beachtung aller Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung verbleiben die folgenden Risiken:

- Das Perivent Erstversorgungssystem für Säuglinge kann auf den Patienten oder das Pflegepersonal fallen, was zu einem Aufpralltrauma mit Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- Das Perivent Erstversorgungssystem für Säuglinge kann herunterfallen und durch den Aufprall beschädigt werden. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Perivent Erstversorgungssystems für Säuglinge und alle zugehörigen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit diesem Gerät aufgetreten ist, sollte Ihrem örtlichen Vertreter von Fisher & Paykel Healthcare und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

ENTSORGUNG
Gemäß Krankenhausvorschriften entsorgen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Das F&P Neopuff T-Stück-Erstversorgungssystem für Säuglinge wird im deutschsprachigen Raum als F&P Perivent™ T-Stück-Erstversorgungssystem für Säuglinge vertrieben.

BEOOGD GEBRUIK
De F&P Neopuff centrale montagebeugel (RD050-01) is een accessoire van de F&P Neopuff T-stuk resuscitator. Met de RD050-01 kan de Neopuff T-stuk resuscitator worden aangesloten op geschikte F&P bevestigingssystemen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Neopuff T-stuk resuscitator en neem alle bijbehorende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht tijdens het gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING
De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.

Zorg ervoor dat voor stap **3** alle schroeven met de hand zijn gemonteerd en vastgedraaid met een 4 mm inbussleutel, zoals aangegeven in deze gebruikersinstructie.

	Opslagtempe-ratuur		Catalogus-nummer
	CE-Markering		Medisch hulpmiddel
	Raadpleeg de gebruiksaan-wijzing		Batchcode
	Fabricagedatum		Fabrikant
	Erkend verte-genwoordiger in de Europese Gemeenschap		Voorzichtig/ waarschuwing

 **ALGEMENE WAARSCHUWINGEN**
Het gebruik van dit product is niet zonder risico, ook wanneer het wordt gebruikt zoals bedoeld. Ondanks het opvolgen van alle instructies in deze gebruiksaanwijzing, blijven de volgende risico's bestaan:

- De Neopuff resuscitator kan op de patiënt of verzorger vallen, wat kan leiden tot een impacttrauma met letsel of de dood tot gevolg.
- De Neopuff resuscitator kan vallen en stootschade oplopen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Neopuff resuscitator en neem alle bijbehorende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht.

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot dit apparaat moet worden gemeld aan uw vertegenwoordiger van Fisher & Paykel Healthcare en de lokale bevoegde autoriteit.

AFVOER
Gooi weg volgens ziekenhuisprotocollen.

TILSIGTET ANVENDELSE
F&P Neopuff centralt monteringsbeslag (RD050-01) er tilbehør til F&P Neopuff T-Piece Genoplivningsenheden. RD050-01 gør det muligt at tilslutte Neopuff T-Piece Genoplivningsenheden til egnede F&P monteringsystemer.

Se brugervejledningen til Neopuff T-Piece Genoplivningsenheden og følg alle tilknyttede advarsler og forholdsregler under brug.

BRUGSANVISNING
Installationen skal udføres af en kvalificeret tekniker.

For trin **3** sørg for, at alle skruer er monteret og spændt sikkert ved håndkraft med en 4 mm sekskantnøgle, som vist i denne brugervejledning.

	Temperatu-rinterval ved opbevaring		Katalognummer
	CE-mærke		Medicinsk udstyr
	Se brugsanvis-ningen		Batch-kode
	Fremstillings-dato		Fabrikant
	Autoriseret EU-repræsentant		Forsigtig/ Advarsel

 **GENERELLE ADVARSLER**
Brug af dette produkt er ikke uden risiko, selv når det anvendes som tilsigtet. På trods af at alle instruktioner i denne brugervejledning følges, er følgende risici fortsat:

- Neopuff Genoplivningsenheden kan falde på patienten eller pårørende, hvilket kan resultere i et kollisionstraume, der forårsager skade eller død.
- Neopuff Genoplivningsenheden kan falde ned og modtage stødskader. Se brugervejledningen til Neopuff Genoplivningsenheden for alle tilknyttede advarsler og forholdsregler.

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med denne enhed, skal rapporteres til din Fisher & Paykel Healthcare repræsentant og den lokale kompetente myndighed.

BORTSKAFFELSE
Bortskaffes i henhold til hospitalets protokol.

TILTENKT BRUK
F&P Neopuff sentral monteringsbrakett (RD050-01) er et tilbehør til F&P Neopuff-resuscitator med T-stykke. RD050-01 gjør det mulig å koble Neopuff-resuscitator med T-stykke til passende F&P-monteringsystemer.

Se bruksanvisningen til Neopuff-resuscitator med T-stykke, og følg alle relevante advarsler og forholdsregler under bruk.

BRUKSANVISNING
Installasjonen må utføres av en kvalifisert tekniker.

For trinn **3** må du sørge for at alle skruer er festet og strammet sikkert for hånd med en 4 mm sekskantnøkkel som vist i denne bruksanvisningen.

	Temperatur-område for oppbevaring		Katalognummer
	CE-merke		Medisinsk utstyr
	Se bruks-anvisningen		Batchkode
	Produksjonsdato		Produsent
	Autorisert representant i Europa		Forsiktig/ advarsel

⚠️ GENERELLE ADVARSLER

Bruk av dette produktet er ikke uten risiko, selv når det brukes som beregnet. Selv om du følger alle instruksjonene i denne bruksanvisningen, er følgende risikoer fortsatt:

- Neopuff-resuscitatoren kan falle på pasienten eller pleieren, noe som kan resultere i støttraume som kan forårsake skade eller død.
- Neopuff-resuscitatoren kan falle og få støtskader. Se bruksanvisningen til Neopuff-resuscitatoren for relevante advarsler og forholdsregler.

Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med denne enheten, skal rapporteres til Fisher & Paykel Healthcare-representanten og lokale myndigheter.

KASSERING

Kasseres i samsvar med sykehusets protokoll.

Swedish (sv)

NEOPUFF CENTRALT MONTERINGSFÅSTE

AVSEDD ANVÄNDNING

F&P Neopuff centralt monteringsfäste (RD050-01) är ett tillbehör till F&P Neopuff spädbarnsrevivator med T-stycke. RD050-01 gör det möjligt att ansluta Neopuff spädbarnsrevivator med T-stycke till lämpliga F&P monteringsssystem.

Se bruksanvisningen för Neopuff spädbarnsrevivator med T-stycke och följ alla tillhörande varningar och försiktighetsåtgärder under användning.

BRUKSANVISNING

Installationen måste utföras av en kvalificerad tekniker.

För **ste**g **3**, se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för hand genom att använda en 4 mm insexnyckel som visas i denna bruksanvisning.

SYMBOLFÖRKLARINGAR

 -10 °C 50 °C (+14 °F) (+122 °F)	Intervall för förvaringstem-peratur	REF
--	-------------------------------------	--

⚠️ ALLMÄNNA VARNINGAR

Användningen av denna produkt är inte utan risk, även om den används som avsett. Även om alla instruktioner i denna bruksanvisning följs kvarstår följande risker:

- Neopuff spädbarnsrevivator kan falla på patienten eller vårdgivaren, vilket kan leda till ett kollisionstrauma som kan orsaka skada eller dödsfall.
- Neopuff spädbarnsrevivator kan falla och få stötskador. Se bruksanvisningen för Neopuff spädbarnsrevivator för varningar og försiktighetsåtgärder.

Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med den här enheten bör rapporteras till din Fisher & Paykel Healthcare-representant och den lokala tillsynsmyndigheten.

KASSERING

Kassera enligt sjukhusets normer.

Finnish (fi)

NEOPUFF-KESKIKIINNIKE

KÄYTTÖTARKOITUS

F&P Neopuff -keskikiinnike (RD050-01) on F&P Neopuff -elvytyslaitteen lisävaruste. RD050-01 mahdollistaa Neopuff-elvytyslaitteen liittämissen sopiviin F&P-kiinnitysjärjestelmiin.

Noudata Neopuff-elvytyslaitteen käyttöohjeita ja noudata kaikkia käyttöön liittyviä varoituksia ja varotoimia.

KÄYTTÖOHJE

Asennuksen saa tehdä vain pätevä teknikko.

Varmistu vaiheessa **3**, että kaikki ruuvit on kiinnitetty ja kiristetty käsin 4 mm:n kuusiokoloavaimella tämän käyttöohjeen mukaisesti.

SYMBOLIEN SELITYKSET

 -10 °C 50 °C (+14 °F) (+122 °F)	Varaston lämpötila-alue	REF
--	-------------------------	--

⚠️ YLEISET VAROITUKSET

Tämän tuotteen käyttö ei ole riskitöntä, vaikka sitä käytettäisiin tarkoitettulla tavalla. Vaikka kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita noudatettaisiin, seuraavat riskit eivät poistu:

- Neopuff-elvytyslaite voi pudota potilaan tai hoitajan päälle, mistä voi olla seurauksena loukkaantumisen tai kuoleman aiheuttava iskuvamma.
- Neopuff-elvytyslaite saattaa pudota ja saada iskuvaurioita. Katso Neopuff-elvytyslaitteen käyttöohjeista siihen liittyvät varoitukset ja varotoimet.

Kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava Fisher & Paykel Healthcaren edustajalle ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

HÄVITTÄMINEN

Hävitä sairaalan hoitokäytäntöjen mukaisesti.

Spanish (es)

SOPORTE DE MONTAJE CENTRAL DE NEOPUFF

USO PREVISTO

El soporte de montaje central de F&P Neopuff (RD050-01) es un accesorio del reanimador con pieza en T F&P Neopuff. El RD050-01 permite conectar el reanimador con pieza en T Neopuff a sistemas de montaje F&P adecuados.

Consulte las instrucciones del usuario del reanimador con pieza en T Neopuff y respete todas las advertencias y precauciones asociadas durante el uso.

INSTRUCCIONES DE USO

La instalación debe ser realizada por un técnico calificado.

Para el paso **3**, asegúrese de que todos los tornillos estén colocados y apretados firmemente a mano con una llave hexagonal de 4 mm como se muestra en estas instrucciones para el usuario.

DEFINICIÓN DE LOS SÍMBOLOS

 -10 °C 50 °C (+14 °F) (+122 °F)	Intervalo de temperatura de almacenaje	REF
--	--	--

⚠️ ADVERTENCIAS GENERALES

El uso de este producto no está exento de riesgos, incluso cuando se usa según lo previsto. A pesar de seguir todas las indicaciones de esta instrucción para el usuario, persisten los siguientes riesgos:

- El reanimador Neopuff puede caerse sobre el paciente o el cuidador y provocar un traumatismo por impacto que cause lesiones o la muerte.
- El reanimador Neopuff puede caerse y recibir daños por el impacto. Consulte las instrucciones del usuario del reanimador Neopuff para conocer las advertencias y precauciones asociadas.

Cualquier incidente grave que ocurra en relación con este dispositivo debe informarse al representante de Fisher & Paykel Healthcare y a la autoridad local competente.

ELIMINACIÓN

Deséchelo según los protocolos del hospital.

Portuguese (pt)
--

SUPORTE DE MONTAGEM CENTRAL NEOPUFF

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O Suporte de montagem central Neopuff da F&P (RD050-01) é um acessório do Dispositivo de reanimação de peça em T Neopuff da F&P. O RD050-01 permite que o Dispositivo de reanimação de peça em T Neopuff seja ligado a sistemas de montagem da F&P adequados.

Consulte as instruções de utilização do Dispositivo de reanimação de peça em T Neopuff e cumpra com todos os avisos e precauções associados durante a utilização.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A instalação deve ser realizada por um técnico qualificado.

Para o passo **3**, certifique-se de que todos os parafusos são montados e apertados com segurança à mão utilizando uma chave sextavada de 4 mm, conforme ilustrado nestas instruções para o utilizador.

DEFINIÇÕES DOS SÍMBOLOS

 -10 °C 50 °C (+14 °F) (+122 °F)	Intervalo de temperatura de armazenamento	REF
--	---	--

⚠️ AVISOS GERAIS

A utilização deste produto não está isenta de riscos, mesmo quando utilizado conforme o pretendido. Apesar de seguir todas as instruções das presentes instruções para o utilizador, continuam a existir os seguintes riscos:

- O Dispositivo de reanimação Neopuff pode cair sobre o doente ou o prestador de cuidados, resultando num traumatismo provocado pelo impacto, que poderá causar lesões ou a morte.
- O Dispositivo de reanimação Neopuff pode cair e ficar danificado devido ao impacto. Consulte as instruções de utilização do Dispositivo de reanimação Neopuff para observar os avisos e precauções associados.

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação a este dispositivo deve ser comunicado ao seu representante da Fisher & Paykel Healthcare e à autoridade local competente.

ELIMINAÇÃO

Elimine de acordo com os protocolos hospitalares.

Italian (it)

SUPPORTO DI MONTAGGIO CENTRALE NEOPUFF

DESTINAZIONE D'USO

Il supporto di montaggio centrale F&P Neopuff (RD050-01) è un accessorio del rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff. L'RD050-01 consente di collegare il rianimatore con raccordo a T Neopuff a sistemi di montaggio F&P idonei.

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del rianimatore con raccordo a T Neopuff e attenersi a tutte le avvertenze e precauzioni associate durante l'uso.

ISTRUZIONI PER L'USO

L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Per la fase **3**, assicurarsi che tutte le viti siano montate e serrate saldamente a mano utilizzando una chiave esagonale da 4 mm come mostrato in queste istruzioni per l'uso.

DEFINIZIONI DEI SIMBOLI

 -10 °C 50 °C (+14 °F) (+122 °F)	Intervallo temperatura di conservazione	REF
--	---	--

⚠️ AVVERTENZE GENERALI

L'uso di questo prodotto non è privo di rischi, anche quando usato come previsto. Anche se vengono seguite tutte le istruzioni riportate in queste istruzioni per l'uso, rimangono i seguenti rischi:

- Il rianimatore Neopuff potrebbe cadere sul paziente o sull'operatore, provocando un trauma da impatto che causa lesioni o morte.
- Il rianimatore Neopuff potrebbe cadere e subire danni da impatto. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del rianimatore Neopuff per le avvertenze e le precauzioni associate.

Qualsiasi incidente grave che si sia verificato in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al rappresentante Fisher & Paykel Healthcare e all'autorità locale competente.

SMALTIMENTO

Smaltire in conformità ai protocolli ospedalieri.

Turkish (tr)

NEOPUFF MERKEZİ MONTAJ BRAKETİ

KULLANIM AMACI

F&P Neopuff Merkezi Montaj Braket'i (RD050-01), F&P Neopuff T-Parçalı Resüsitatörün bir aksesuarıdır. RD050-01, Neopuff T-Parçalı Resüsitatörün uygun F&P montaj sistemlerine bağlanmasını sağlar.

Lütfen Neopuff T-Parçalı Resüsitatörü kullanıcı talimatlarına bakın ve kullanımı sırasında ilgili tüm uyarılara ve önlemlere uyun.

KULLANIM TALİMATLARI

Kurulum kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

3. adım için tüm vidaların bu kullanıcı talimatlarında gösterildiği gibi 4 mm altıgen anahtar kullanılarak elle sağlam bir şekilde takıldığından ve sıkıldığından emin olun.

SEMBOL TANIMLARI

 -10 °C 50 °C (+14 °F) (+122 °F)	Saklama sıcaklığı aralığı	REF
--	---------------------------	--

⚠️ GENEL UYARILAR

Bu ürünün kullanımı, kullanımı amacına göre kullanıldığında bile risksiz değildir. Bu kullanıcı talimatlarındaki tüm talimatlara uyulmaması rağmen aşağıdaki riskler devam eder:

- Neopuff Resüsitatör hastanın veya bakımının üzerine düşerek yaralanmaya veya ölüme yol açabilen bir darbe travmasına neden olabilir.
- Neopuff Resüsitatör düşebilir ve darbe hasarı alabilir. Lütfen ilgili uyarılar ve önlemler için Neopuff Resüsitatörü kullanıcı talimatlarına bakın.

Bu cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, Fisher & Paykel Healthcare temsilcinize ve yerel yetkili makama bildirilmelidir.

İMHAA

Hastane protokollerine uygun şekilde imha edin.

Korean (ko)
--

NEOPUFF 중앙 장착 브래킷

사용 목적

F&P Neopuff 중앙 장착 브래킷(RD050-01)은 F&P Neopuff T-피스 소생기의 액세서리입니다. RD050-01을 사용하면 Neopuff T-피스 소생기를 적합한 F&P 장착 시스템에 연결할 수 있습니다.

Neopuff T-피스 소생기 사용자 지침을 참조하고, 사용 중 모든 관련 경고 및 예방조치를 준수하십시오.

사용 지침

설치는 자격을 갖춘 기술자가 수행해야 합니다.

3단계의 경우 사용자 지침에 표시된 대로 4 mm 육각형 키를 사용하여 손으로 모든 나사가 단단히 장착되고 조여졌는지 확인하십시오.

기호 정의

 -10 °C 50 °C (+14 °F) (+122 °F)	보관 온도 범위	REF
--	----------	--

