

Zest™ Nasal Maske

Hasta Kullanım Talimatları

Zest™ Petiti Nasal Maske, bir doktor tarafından CPAP veya Bi-Level ventilatör tedavisi gerektiriyen yenidoğan tıkan kuyulcan 30 kg'ın (66 lbs) üzerindeki kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Zest™ Petiti Nasal Maske, evde Tak Hasta Maske ve hastanede veya hasta kulaklılarında arasında daha uygun şekilde gerekli dezenfeksiyona uygunlaştığı diğer klinik ortamlarda Çökü Hasta Kulama için tasarlanmıştır.

Zest™ Nasal Maske ve Zest™ Plus Nasal Maske, bir doktor tarafından CPAP veya Bi-Level ventilatör tedavisi gerektiriyen yetişkinler için tasarlanmıştır. Zest™ Plus Nasal Maske, evde Tak Hasta Maske ve hastanede veya hasta kulaklılarında arasında daha uygun şekilde gerekli dezenfeksiyona uygunlaştığı diğer klinik ortamlarda Çökü Yetişkin Hasta Kulama için tasarlanmıştır.

Zest™ Nasal Maske ve Zest™ Plus Nasal Maske, evde Tek Yetişkin Hasta Kulama ve hastanede veya hasta kulaklılarında arasında daha uygun şekilde gerekli dezenfeksiyona uygunlaştığı diğer klinik ortamlarda Çökü Yetişkin Hasta Kulama için tasarlanmıştır.

Çalıştırma Talimatları

- Maskei çalışma basıncı, eniyle 3-25 cmH₂O'dur.
- A varyasyon da presão de funcionamento da máscara é de 3-25 cmH₂O.
- A variação da temperatura de funcionamento da máscara é de 5-40 °C (40-104 °F).
- Conecte a máscara quando a deterioração, Se houver qualquer deterioração visível (rachaduras, rasgos, etc.) não utilize e procure a substituição adequada.
- Inspeccione a válvula expiratória. Não utilize se estiver obstruída.
- Assure-se de que a passagem de ar através da máscara esteja desobstruída.

Nota: falha em seguir as instruções de funcionamento acima descritas pode comprometer o desempenho e a segurança de máscara.

Avvertências

- Esta máscara somente deve ser utilizada com equipamento de CPAP/Bi-Level indicado por seu médico ou terapeuta respiratório. A máscara somente deve ser utilizada quando o equipamento de CPAP/Bi-Level estiver ligado e funcionando adequadamente.
- Explicação da Advertência:** Os equipamentos de CPAP/Bi-Level devem ser utilizados com máscara especifica que possuem orifícios de saída de ar (válvula expiratória) permitindo um fluxo contínuo de ar para fora da máscara. Quando o equipamento de CPAP/Bi-Level não estiver funcionando adequadamente, o ar não penetrará nos equipamentos de CPAP/Bi-Level remove o ar expirado pelo paciente para fora da máscara através dos orifícios de saída de ar (válvula expiratória). Entretanto, quando o equipamento de CPAP/Bi-Level não estiver funcionando, não haverá ar novo suficiente na máscara e o ar expirado pelo paciente pode ser reinhalado, resultando o ar exalado por alguns minutos pode, em algumas circunstâncias, provocar sufocamento.
- Quando os equipamentos de CPAP/Bi-level operam com balmas pressões, o fluxo de saída de ar através da válvula expiratória pode não ser suficiente para remover o círculo todo e o expirado pelo paciente. Nesta situação reinhalção do ar expirado pode ocorrer.
- Não bloqueie a válvula expiratória. Antes de utilizar a máscara sempre assegure-se de que não flua ar de flutuação através da válvula expiratória.
- Não utilize a máscara em caso de vômito ou náusea.
- Desconecte o uso da máscara caso ocorra desconforto ou irritação e consulte o seu fornecedor de equipamentos médicos.
- Não utilize a máscara caso ocorra qualquer alergia a qualquer parte da máscara. Consulte o seu médico ou terapeuta.
- Se a Máscara Nasal Zest™ apresentar desconforto entre pacientes, consulte as "Instruções de Limpeza para Múltiplos Pacientes".


PRECAUCÕES

- Utilize a máscara unicamente para os fins indicados, conforme as instruções contidas neste folheto.
- Al Federal Americana restringe a venda deste equipamento para médicos ou por meio médico.

Para obter maiores informações entre em contato com o seu fornecedor local.

Como Colocar Sua Máscara

- Antes de colocar a máscara na cabeça do paciente, faça o teste de vedação de silicone.
- Segure a máscara com uma das mãos e abra a Toca de Fixação Stretch™ (H) com a outra mão para permitir que esta possa se adaptar ao formato da cabeça do paciente.
- Segure delicadamente a máscara contra o rosto, cobrindo o nariz e a válvula ocular, cuidadosamente a Toca de Fixação na cabeça.
- Prenda a Toca de Fixação à Tira Glíder™ (E).
- Pressione a tira superior para a posição mais baixa possível na parte de trás do pescoço.
- Aperte as tiras e ajuste o tamanho necessário para remover o fôlego. Conecte os equipamentos de CPAP/Bi-level ajustando na pressão prescrita.
- Se necessário ajuste as tiras inferiores para eliminar qualquer vazamento (evite apertar demasiadamente as tiras).
- Quando for necessário remover a máscara, desprende a Toca de Fixação Stretch™ da Tira Glíder™ (E).



RESISTÊNCIA AO FLUXO
A queda de pressão na máscara a 50 L/min é de 0,2 a 0,1 cmH₂O
A queda de pressão na máscara a 100 L/min é de 0,8 a 0,1 cmH₂O

ESPAÇO MORTO DA MÁSCARA
Zest™ PETITE – 40 cc Zest™ – 60 cc Zest™ PLUS – 90 cc

RUIDO
O nível de ruído da máscara é de 30 dBA, com incertezas de ± 2,5 dBA.
O nível de pressão do ruído da máscara é de 23 dBA, com incertezas de ± 2,5 dBA.

Instruções de Limpeza- Múltiplos Pacientes

Sua Máscara Nasal Zest™ deve ser utilizada. Para que possa ser utilizada por diferentes pacientes, por favor, siga as instruções abaixo.

Quaisquer falha no processo de limpeza deste dispositivo pode resultar em desinfecção inadequada.

Como Limpar Sua Máscara

Para assegurar segurança e conforto contínuos da sua Máscara Nasal Zest™:

- Antes do primeiro uso:
Lave a Toca de Fixação Stretch™ (H) à mão com água morna e sabão neutro. Não deixe de molhar por período maior que 10 minutos. Enxágue em água corrente e deixe secar ao ar-livre do sol.
- Antes de cada uso:
Inspeccione a máscara para verificar que não haja deterioração. Não utilize a máscara se estiver danificada.
- Após cada uso:
1. Demonstre a Vedação de Silicone (E), a Almofada de Espuma (D) e a Toca de Fixação Stretch™ (H) da Base da Máscara (A).
2. Lave a Vedação de Silicone (E) e a Base da Máscara com água morna e sabão. Não deixe de molhar por período maior que 10 minutos.
3. Enxágue minuciosamente em água corrente, assegurando-se de que todo resíduo de sabão tenha sido removido.
4. Limpe a Almofada de Espuma com um pano úmido (não limar) a Almofada de Espuma em água.
5. Deixe todos os componentes da máscara secar ao ar-livre do sol antes de montá-la novamente.

- A cada 7 dias:
Lave a Toca de Fixação Stretch™ (H) à mão com água morna e sabão neutro. Não deixe de molhar por período maior que 10 minutos. Enxágue em água corrente e deixe secar ao ar-livre do sol.

- PRECAUCÕES**
• Não lave a máscara de molho por período maior que 10 minutos.
• Não lave a máscara em lavandou de água.
• Não limpe a máscara com produtos que contenham álcool, agentes antibacterianos, antissépticos, alvejantes, cores ou hidratantes.
• Não exponha a máscara à luz solar direta.


Os procedimentos acima descritos podem deteriorar ou danificar a máscara diminuindo sua vida útil. Caso sua Máscara Nasal Zest™ se danifique ou apresente rachaduras, desconecte uso e procure substituição imediata.

Como Montar Sua Máscara

Sua Máscara Nasal Zest™ vem completamente montada e pronta para ser utilizada. Entretanto, quando for necessário limpá-la, siga as instruções abaixo para montá-la novamente:

- Enrole a Almofada de Espuma (D) na Vedação de Silicone (E) segundo a orientação mostrada no diagrama.
- Conecte a peça aberta na parte superior da Vedação de Silicone, monte na Base da Máscara (A) Pressione firmemente.
- Coloque a Toca de Fixação Stretch™ (H) em uma superfície plana com a etiqueta voltada para baixo. Posicione a máscara montada sobre a Toca de Fixação e prenda a quarta tira de ajuste no decalque (E) e na Tira Glíder™ (E).
- Este procedimento pode ser realizado sem desprender as etiquetas de VELCRO™, deslizando a Toca de ajuste direita.

• VELCRO® é uma marca registrada da Velcro Industries B.V.



A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

Garantia e Descarte

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A Fisher & Paykel Healthcare garante que a máscara (exceto as almofadas de espuma e a válvula expiratória) durante o período de validade das instruções de utilização, não deve apresentar defeitos de fabricação ou de material e apresentará desempenho de acordo com as especificações oficiais da Fisher & Paykel Healthcare relativas ao produto por um período de 90 (noventa) dias a partir da data de compra pelo usuário final. Esta garantia está sujeita à exclusão e exceções detalhadas na página web: <http://www.fishcare.com/usa/product/Warranty.asp>

DESCARTE
Este dispositivo não contém qualquer substância perigosa e pode ser descartado em lixo comum.

Conector de Entrada de Oxigênio/Pressão

Quando houver necessidade de leitura da pressão de equipamento de oxigênio adicional, o Conector de Entrada de Oxigênio/Pressão encontra-se disponível para a venda. (Código 900KAC52). Contate o seu profissional de saúde.


- Conecte a extremidade maior do Conector (T) ao encaixe (G) na máscara e a extremidade menor do Conector ao circuito respiratório adicional.
- Abra a Tampa da Entrada de Oxigênio/Pressão (P) e ajuste firmemente a extremidade de Pressão (S) e/ou de Oxigênio sobre esta Entrada(s).
- De duas entradas são identicas, qualquer uma das entradas pode ser utilizada para a leitura da pressão ou para uso de oxigênio. Somente remova a tampa da entrada que estiver sendo utilizada.

Nota: Quando houver uso de fluxo fixo de oxigênio adicional, a concentração de oxigênio inalado variará dependendo dos ajustes de pressão, do padrão respiratório do paciente, da máscara selecionada e da taxa de vazamento de ar.

Advertência: Quando houver uso de oxigênio adicional com equipamento de CPAP/Bi-Level não opere em funcionamento.

Explicação da Advertência: Quando o equipamento de CPAP/Bi-Level não estiver funcionando e o fluxo de oxigênio permanecer ligado, o oxigênio que se encontra no circuito respiratório do ventilador pode se acumular dentro do gabinete do CPAP/Bi-Level. Este acúmulo de oxigênio dentro do gabinete do CPAP/Bi-Level cria o risco de hipoxemia.



Advertência: Não fume quando estiver utilizando esta máscara ou nas proximidades da máscara e o ar expirado pelo paciente pode ser reinhalado, resultando o ar exalado por alguns minutos pode, em algumas circunstâncias, provocar sufocamento.
- Quando os equipamentos de CPAP/Bi-level operam com balmas pressões, o fluxo de saída de ar através da válvula expiratória pode não ser suficiente para remover o círculo todo e o expirado pelo paciente. Nesta situação reinhalção do ar expirado pode ocorrer.
- Não bloqueie a válvula expiratória. Antes de utilizar a máscara sempre assegure-se de que não flua ar de flutuação através da válvula expiratória.
- Não utilize a máscara em caso de vômito ou náusea.
- Desconecte o uso da máscara caso ocorra desconforto ou irritação e consulte o seu fornecedor de equipamentos médicos.
- Não utilize a máscara caso ocorra qualquer alergia a qualquer parte da máscara. Consulte o seu médico ou terapeuta.
- Se a Máscara Nasal Zest™ apresentar desconforto entre pacientes, consulte as "Instruções de Limpeza para Múltiplos Pacientes".



RESISTÊNCIA AO FLUXO
A queda de pressão na máscara a 50 L/min é de 0,2 a 0,1 cmH₂O
A queda de pressão na máscara a 100 L/min é de 0,8 a 0,1 cmH₂O

ESPAÇO MORTO DA MÁSCARA
Zest™ PETITE – 40 cc Zest™ – 60 cc Zest™ PLUS – 90 cc

RUIDO
O nível de ruído da máscara é de 30 dBA, com incertezas de ± 2,5 dBA.
O nível de pressão do ruído da máscara é de 23 dBA, com incertezas de ± 2,5 dBA.



RESISTÊNCIA AO FLUXO
A queda de pressão na máscara a 50 L/min é de 0,2 a 0,1 cmH₂O
A queda de pressão na máscara a 100 L/min é de 0,8 a 0,1 cmH₂O

ESPAÇO MORTO DA MÁSCARA
Zest™ PETITE – 40 cc Zest™ – 60 cc Zest™ PLUS – 90 cc

RUIDO
O nível de ruído da máscara é de 30 dBA, com incertezas de ± 2,5 dBA.
O nível de pressão do ruído da máscara é de 23 dBA, com incertezas de ± 2,5 dBA.

Instruções de Limpeza- Múltiplos Pacientes

Sua Máscara Nasal Zest™ deve ser utilizada. Para que possa ser utilizada por diferentes pacientes, por favor, siga as instruções abaixo.


Quaisquer falha no processo de limpeza deste dispositivo pode resultar em desinfecção inadequada.

Como Montar Sua Máscara

Sua Máscara Nasal Zest™ vem completamente montada e pronta para ser utilizada. Entretanto, quando for necessário limpá-la, siga as instruções abaixo para montá-la novamente:

- Enrole a Almofada de Espuma (D) na Vedação de Silicone (E) segundo a orientação mostrada no diagrama.
- Conecte a peça aberta na parte superior da Vedação de Silicone, monte na Base da Máscara (A) Pressione firmemente.
- Coloque a Toca de Fixação Stretch™ (H) em uma superfície plana com a etiqueta voltada para baixo. Posicione a máscara montada sobre a Toca de Fixação e prenda a quarta tira de ajuste no decalque (E) e na Tira Glíder™ (E).
- Este procedimento pode ser realizado sem desprender as etiquetas de VELCRO™, deslizando a Toca de ajuste direita.

• VELCRO® é uma marca registrada da Velcro Industries B.V.



A Máscara Nasal Zest™ foi validada para resistir a 20 ciclos dos parâmetros acima. Entretanto, quando for necessário limpá-la, siga as instruções abaixo para montá-la novamente:

- Enrole a Almofada de Espuma (D) na Vedação de Silicone (E) segundo a orientação mostrada no diagrama.
- Conecte a peça aberta na parte superior da Vedação de Silicone, monte na Base da Máscara (A) Pressione firmemente.
- Coloque a Toca de Fixação Stretch™ (H) em uma superfície plana com a etiqueta voltada para baixo. Posicione a máscara montada sobre a Toca de Fixação e prenda a quarta tira de ajuste no decalque (E) e na Tira Glíder™ (E).
- Este procedimento pode ser realizado sem desprender as etiquetas de VELCRO™, deslizando a Toca de ajuste direita.

• VELCRO® é uma marca registrada da Velcro Industries B.V.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

Zest™-nenämäski

Käyttöohjeet potilaalle

Zest™ Petiti -nenämäski on tarkoitettu käytettäväksi yli 30 kg painavilla potilailla, joille lääkäri on määrännyt CPAP- tai kaksipainehoitona hengitystuetusta. Zest™ Petiti -nenämäski on tarkoitettu potilaskäyttöön käyttöönoton ja kullan potilaskäyttöön sallaiskissa tai muussa klinisessä ympäristössä, jossa tulee voidaan desinfioida asianmukaisesti potilaskäytön välillä.

Zest™-nenämäski ja Zest™ Plus -nenämäski on tarkoitettu käytettäväksi potilailla, joille lääkäri on määrännyt CPAP- tai kaksipainehoitona hengitystuetusta. Zest™ Plus -nenämäski on tarkoitettu potilaskäyttöön käyttöönoton ja kullan potilaskäyttöön sallaiskissa tai muussa klinisessä ympäristössä, jossa tulee voidaan desinfioida asianmukaisesti potilaskäytön välillä.

Zest™ Plus -nenämäski on tarkoitettu potilaskäyttöön käyttöönoton ja kullan potilaskäyttöön sallaiskissa tai muussa klinisessä ympäristössä, jossa tulee voidaan desinfioida asianmukaisesti potilaskäytön välillä.

Zest™ Plus -nenämäski on tarkoitettu potilaskäyttöön käyttöönoton ja kullan potilaskäyttöön sallaiskissa tai muussa klinisessä ympäristössä, jossa tulee voidaan desinfioida asianmukaisesti potilaskäytön välillä.

Zest™ Plus -nenämäski on tarkoitettu potilaskäyttöön käyttöönoton ja kullan potilaskäyttöön sallaiskissa tai muussa klinisessä ympäristössä, jossa tulee voidaan desinfioida asianmukaisesti potilaskäytön välillä.

Käyttöohjeet


- Masken käyttöönottoaika on 3-25 cmH₂O.
- Masken käyttöönottoaika on 3-25 cmH₂O.
- Conector de Entrada de Oxigênio/Pressão encontra-se disponível para a venda. (Código 900KAC52). Contate o seu profissional de saúde.
- Conecte a extremidade maior do Conector (T) ao encaixe (G) na máscara e a extremidade menor do Conector ao circuito respiratório adicional.
- Abra a Tampa da Entrada de Oxigênio/Pressão (P) e ajuste firmemente a extremidade de Pressão (S) e/ou de Oxigênio sobre esta Entrada(s).
- De duas entradas são identicas, qualquer uma das entradas pode ser utilizada para a leitura da pressão ou para uso de oxigênio. Somente remova a tampa da entrada que estiver sendo utilizada.

Nota: Quando houver uso de fluxo fixo de oxigênio adicional, a concentração de oxigênio inalado variará dependendo dos ajustes de pressão, do padrão respiratório do paciente, da máscara selecionada e da taxa de vazamento de ar.

Advertência: Quando houver uso de oxigênio adicional com equipamento de CPAP/Bi-Level não opere em funcionamento.

Explicação da Advertência: Quando o equipamento de CPAP/Bi-Level não estiver funcionando e o fluxo de oxigênio permanecer ligado, o oxigênio que se encontra no circuito respiratório do ventilador pode se acumular dentro do gabinete do CPAP/Bi-Level. Este acúmulo de oxigênio dentro do gabinete do CPAP/Bi-Level cria o risco de hipoxemia.

Advertência: Não fume quando estiver utilizando esta máscara ou nas proximidades da máscara e o ar expirado pelo paciente pode ser reinhalado, resultando o ar exalado por alguns minutos pode, em algumas circunstâncias, provocar sufocamento.
- Quando os equipamentos de CPAP/Bi-level operam com balmas pressões, o fluxo de saída de ar através da válvula expiratória pode não ser suficiente para remover o círculo todo e o expirado pelo paciente. Nesta situação reinhalção do ar expirado pode ocorrer.
- Não bloqueie a válvula expiratória. Antes de utilizar a máscara sempre assegure-se de que não flua ar de flutuação através da válvula expiratória.
- Não utilize a máscara em caso de vômito ou náusea.
- Desconecte o uso da máscara caso ocorra desconforto ou irritação e consulte o seu fornecedor de equipamentos médicos.
- Não utilize a máscara caso ocorra qualquer alergia a qualquer parte da máscara. Consulte o seu médico ou terapeuta.
- Se a Máscara Nasal Zest™ apresentar desconforto entre pacientes, consulte as "Instruções de Limpeza para Múltiplos Pacientes".



RESISTÊNCIA AO FLUXO
A queda de pressão na máscara a 50 L/min é de 0,2 a 0,1 cmH₂O
A queda de pressão na máscara a 100 L/min é de 0,8 a 0,1 cmH₂O

ESPAÇO MORTO DA MÁSCARA
Zest™ PETITE – 40 cc Zest™ – 60 cc Zest™ PLUS – 90 cc

RUIDO
O nível de ruído da máscara é de 30 dBA, com incertezas de ± 2,5 dBA.
O nível de pressão do ruído da máscara é de 23 dBA, com incertezas de ± 2,5 dBA.

Instruções de Limpeza- Múltiplos Pacientes

Sua Máscara Nasal Zest™ deve ser utilizada. Para que possa ser utilizada por diferentes pacientes, por favor, siga as instruções abaixo.

Quaisquer falha no processo de limpeza deste dispositivo pode resultar em desinfecção inadequada.

- Enrole a Almofada de Espuma (D) na Vedação de Silicone (E) segundo a orientação mostrada no diagrama.
- Conecte a peça aberta na parte superior da Vedação de Silicone, monte na Base da Máscara (A) Pressione firmemente.
- Coloque a Toca de Fixação Stretch™ (H) em uma superfície plana com a etiqueta voltada para baixo. Posicione a máscara montada sobre a Toca de Fixação e prenda a quarta tira de ajuste no decalque (E) e na Tira Glíder™ (E).
- Este procedimento pode ser realizado sem desprender as etiquetas de VELCRO™, deslizando a Toca de ajuste direita.

• VELCRO® é uma marca registrada da Velcro Industries B.V.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.

A Máscara Nasal Zest™ e seus acessórios não contém látex.
Vários pacientes apresentam ressecamento do nariz e da garganta devido à terapia com CPAP.
A umidificação adequada pode reduzir substancialmente estes sintomas.