F&P Visairo

Caractéristiques des masques

Masque facial pour utilisation en milieu hospitalier F&P Visairo™ Bridge-free	Codes de commande des produits		
	Masque sans fuite pour circuit mono-branche	Masque sans fuite pour circuit bi-branche	Masque à fuite pour circuit mono-branche
F&P Visairo - Taille A **F&P Visairo - Taille B** **F&P Visairo - Taille C**	RT075A RT075B RT075C	RT076A RT076B RT076C	RT077A RT077B RT077C
Recommandé Circuit F&P 850*	RT219/RT319	RT280/RT380/RT481	RT219/RT319
Recommandé Circuit F&P 950™*	950A60/950A61	950A80/950A81/950A82	950A60/950A61
Configuration du circuit	Mono-branche avec raccord à fuite	Bi-branche	Mono-branche
Résistance au débit du masque	0,23 cmH_2O à 50 L/min, 0,51 cmH_2O à 100 L/min	0,07 cmH_2O à 50 L/min, 0,33 cmH_2O à 100 L/min	0,26 cmH_2O à 50 L/min, 0,63 cmH_2O à 100 L/min
Raccords d'interface	Raccords coniques conformes à la norme ISO 5356-1		
Pressions de fonctionnement	4 à 40 cmH_2O		
Quantité par boîte	10		
Utilisation prévue	Usage à patient unique, patient adulte (>30 kg), utilisation pendant 14 jours maximum		
Température de stockage	Min : -10 °C, Max : +50 °C		
Limite de péremption	3 ans		
Matériaux	Élastomère thermoplastique, silicone, acétaldéhyde-diéthylacétal, polycarbonate, mousse de polyuréthane, nylon, lycra Ne contient pas de DEHP ; ne contient pas de BPA ; n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel		
Biocompatibilité	Conforme aux normes : ISO 10993-1:2018, ISO 18562-1:2017		
Matériaux d'emballage	Extérieur : boîte en carton. Intérieur : polyester/polyéthylène stratifié. Guide des tailles : carton		
Dimensions de l'emballage (L x l x H mm ; kg)	EA : 80 x 200 x 260 ; 0,14 PAC : 352 x 229 x 232 ; 1,68		
Mode de fabrication	Dispositif non invasif ; médicalement propre		
Destruction	Incinération, ou selon le protocole de l'hôpital		

Informations réglementaires						
Classification	États-Unis – Classe II ; UE – Classe IIa ; Australie – Classe IIa					
Pays d'origine	Fabriqué au Mexique					
GTIN (EA)	RT075A	09420012465993	RT076A	09420012466051	RT077A	09420012466112
	RT075B	09420012466013	RT076B	09420012466075	RT077B	09420012466136
	RT075C	09420012466037	RT076C	09420012466099	RT077C	09420012466150
GTIN (Boîte)	RT075A	09420012466006	RT076A	09420012466068	RT077A	09420012466129
	RT075B	09420012466020	RT076B	09420012466082	RT077B	09420012466143
	RT075C	09420012466044	RT076C	09420012466105	RT077C	09420012466167
Code GMDN	57813					
Organisme notifié UE	TÜV SÜD Product Services GmbH					

Toujours se reporter aux instructions d'utilisation fournies avec le produit pour obtenir l'intégralité des instructions, avertissements, contre-indications et autres explications.
*Les produits mentionnés peuvent ne pas être disponibles dans votre région.

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Classe du dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.
A l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenu responsable si cela venait à se produire.

623251 REV C © 2023 Fisher & Paykel Healthcare Limited fr

F&P, Bridge-free, Visairo et F&P 950 sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

www.fphcare.com

Fisher & Paykel HEALTHCARE